




Marine Nitrite Test (NO₂)

Brugervejledning

DK

Forståelse af og kontrol med nitritniveauet

Nitrit NO_2 dannes af ammoniak fra de nitrificerende bakterier i dit akvarium. Da nitrit er meget giftigt for alt liv i vandet, er det vigtigt, at nitritniveauet i vandet er nul. Det bedste sted for disse bakterier er et biologisk filter. Et nyt, rent filter skal have tid til at opbygge et tilstrækkeligt antal bakterier. Du kan sætte fart på denne vækst ved at tilsætte den rette type bakterier, så snart det biologiske filter tages i brug. Colombo har det rette produkt med de rette bakterier til alle typer vand.


Det optimale nitritniveau er ganske enkelt 0 mg/l. Når nitritniveauet er 0,5 mg/l eller højere, betyder det, at der ikke er tilstrækkeligt med bakterier. I dette tilfælde anbefaler vi, at du tilsætter Colombo Marine Bacto.

Generelle retningslinjer

- Sørg altid for, at reagensglasset er rent før brug.
- Rengør reagensglasset straks efter brug.
- Afmål vandprøven så præcist som muligt.
- Hold dråbeflasken helt lodret, når du drypper.
- Sørg for, at dråberne ikke indeholder luftbobler.

Testprocedure:

1. Tag en vandprøve på 5 ml.
2. Tilsæt 5 dråber NO_2 -testvæske.
3. Ryst godt.
4. Vent 5 minutter.
5. Bestem NO_2 -værdien ved hjælp af det medfølgende farvekort.



Sådan vurderer du vandprøvens farve, når alle testvæskerne er tilsat: Stil reagensglasset på det medfølgende farvekort, og se gennem glasset direkte ned på kortet. Se ikke på prøven i direkte sollys, men i indirekte lys. Sammenlign vandprøvens farve med farverne på kortet. Den farve, der ligger tættest på, angiver den tilsvarende værdi. Prøvens farve vil som regel ikke være helt identisk med farven på kortet, da værdierne i praksis altid ligger mellem standardværdierne og dermed svarer til en blanding af to på hinanden følgende værdier. Du skal derfor vurdere, hvilke farver prøven ligger imellem.

